

实验室配套设施设备——高纯锗伽马谱仪系统 和全自动热释光读出仪

招标文件信息

项目编号： SZDL2020334680

项目名称： 实验室配套设施设备——高纯锗伽马谱
仪系统和全自动热释光读出仪

包 号： A

项目类型： 货物类

采购方式： 公开招标

货币类型： 人民币

评标方法： 综合评分法（新价格分算法）

资格性审查表

序号	内容
1	投标人不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求）
2	未按招标文件所提供的《政府采购投标及履约承诺函》进行承诺的投标无效；

符合性审查表

序号	内容
1	法人代表证明书和投标文件签署授权委托书（投标代表为法定代表人的，无需提供投标文件签署授权委托书）；
2	未按招标文件所提供的样式填写《投标函》的投标无效；
3	对招标文件中带“*”号条款的响应没有负偏离；
4	未按招标文件所提供的《政府采购投标及履约承诺函》进行承诺的投标无效；
5	未按招标文件所提供的《招标代理服务费承诺书》进行承诺的投标无效；
6	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；
7	对同一项目投标时，提供两套以上投标方案（招标文件另有规定的除外）的投标无效；
8	分项报价或投标总价高于预算金额（最高投标限价），同一项目出现两个及以上报价的投标无效；
9	将一个包或一个标段的内容拆开投标的投标无效；
10	投标报价有严重缺漏项目且对招标文件规定的服务清单项目及数量进行修改的投标无效；
11	投标人所投产品是否符合财库〔2007〕119号《政府采购进口产品管理办法》和财办库〔2008〕248号文的要求；
12	投标文件存在规避信息公开情形的的投标无效；
13	投标文件电子文档带病毒的投标无效；
14	投标文件用不属于本公司的电子密钥进行加密的的投标无效；
15	误选了非本项目的最新加密规则文件，导致投标文件不能在开标时解密的投标无效；
16	法律、法规规定的其他情形

评标信息

评标方法：综合评分法（新价格分算法）

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

价格分计算方法：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+……+Fn×An

F1、F2……Fn 分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1+A2+……+An=1)。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

此方法适用于货物类、服务类、工程类项目。

序号	评分项	权重(%)
----	-----	-------

1	价格			30
2	技术部分			43
	序号	评分因素	权重 (%)	评分准则
	1	技术规格偏离情况	35	投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得 100%， “▲”条款每偏离一项扣 8%，其余条款每偏离一项扣 3%，扣分不超过 100%。评分依据：根据《技术规格偏离表》进行打分。
	2	技术保障措施	3	在投标文件中详细说明技术保障措施，根据响应情况进行评审。评分标准：技术保障措施内容全面，评价优得 100%；技术保障措施内容较全面，评价良得 80%；技术保障措施内容基本满足要求，评价中得 60%； 技术保障措施不满足要求,评价差得 30%。未提供不得分。
	3	产品的质量可靠性和先进性	5	要投标文件中详见阐述，产品的质量可靠性和先进性、项目实施方案等内容，评审委员会进行分档评审。评分标准：方案科学、合理、可操作性强，评价优，得 100%；方案较科学、合理、可操作性较强，评价良，得 80%；方案科学、合理及可操作性一般，评价中，得 60%；方案科学、合理及可操作性较差，评价差得 30%；未提供不得分。
3	商务部分			27
	序号	评分因素	权重 (%)	评分准则
	1	对商务条款的响应程度	7	全部满足得 100%，每偏离一项扣 10%，扣分不超过 100%。评分依据：根据《商务需求偏离表》的响应情况进行打分
	2	售后服务	3	在投标文件中详细说明售后服务，根据响应情况进行评审。评分标准：售后服务内容全面，评价优得 100%；售后服务内容较全面，评价良得 80%；售后服务内容基本满足要求，评价中得 60%；售后服务不满足要求，评价差得 30%；未提供不得分。
	3	投标人业绩	3	近三年同类业绩（以合同签订时间为准，截止日为本项目招标公告发布之日），提供 3 个得 100%，提供 2 个得 60%，提供 1 个得 30%，未提供不得分。证明材料：同时提供项目合同和验收报告（或用户使用报告）扫描件，原件备查，未提供或无法判断的不得分。
	4	履约情况	2	投标截止日前三年内（以深圳市政府采购中心网站《关于给予供应商履约评价差的函》的落款日期为准），供应商履约评价出现评价为“差”的，本项不得分，否则得 100%。

				投标人提供深圳市政府采购中心网站《关于给予供应商履约评价差的函》查询信息。 证明材料：提供投标人提供深圳市政府采购中心网站《关于给予供应商履约评价差的函》查询信息，未按要求提供或无法判断的不得分
	5	节能环保	2	提供无节能环保问题承诺函得 100%。若隐瞒情况虚假应标将导致投标无效并报主管部门处理。受过行政处罚不得分。 证明材料：提供承诺函（格式自拟），未提供或无法判断的不得分。
	6	企业诚信	5	根据深财购〔2013〕27 号、深财购〔2016〕315 号文和深财购〔2017〕42 号文相关规定：投标人因违法违规被记入诚信档案且在有效期内的，得 0 分；不存在此类情况的，或虽受过行政处罚但修正行政处罚期已满，可参与政府采购投标活动的，得 100% 分数。 证明文件：提供企业诚信声明与承诺。
	7	疫情防控	5	根据《深圳市政府采购落实支持企业复工复产政策的实施细则》的通知”，以下两点，投标人满足第 1 点得 60%，满足第 2 点得 40%，同时满足得 100%。 1.纳入全国性名单或地方性名单的疫情防控重点保障企业（以下简称“重点保障企业”），直接参与我市政府采购投标的，提供至少一项自身属于重点保障企业的证明材料（名单查询网页链接、名单网页截图、政府部门出具的文件或者企业享受重点保障企业优惠政策的其他证明文件扫描件）。 2.未裁员或裁员率低于 20%的企业，即投标前一个月实际参加社会保险（至少包括养老保险）的员工人数（含免缴或延期缴纳社会保险人数）不低于 2019 年 12 月同口径人数 80%（含）的企业，视为稳岗企业，提供自身符合稳岗企业条件的（提供稳岗企业承诺函）。 注：投标人提供虚假承诺的，将做投标无效处理，涉嫌存在违法违规行为，将报主管部门处理处罚。

投标书目录

- 第一部分：资格性和符合性审查文件
 - 资格性审查文件(详见资格性检查表)
 - 符合性审查文件(详见符合性检查表)
 - 投标人认为有必要提供的其他材料
- 第二部分：技术部分
 - 技术规格偏离情况

- 技术保障措施
- 产品的质量可靠性和先进性
- 投标人认为有必要提供的其他材料
- 第三部分：商务部分
 - 对商务条款的响应程度
 - 售后服务
 - 投标人业绩
 - 履约情况
 - 节能环保
 - 企业诚信
 - 疫情防控
 - 投标人认为有必要提供的其他材料
- 第四部分：经济部分
 - 投标一览表
 - 分项报价清单
 - 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函
 - 投标人认为有必要提供的其他材料
- 第五部分：投标人联络信息（可放于非信息公开部分）

实验室配套设施设备——高纯锆伽马谱仪系统和全自动热释光读出仪

招 标 文 件

(项目编号: SZDL2020334680)

采 购 人: 深圳市生态环境局

招标代理机构: 中国远东国际招标有限公司

2020年7月

警示条款

一、《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理：

- （一）在采购活动中应当回避而未回避的；
- （二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；
- （三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；
- （四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；
- （五）与其他采购参加人串通投标的；
- （六）恶意投诉的；
- （七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；
- （八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；
- （九）其他违反本条例规定的行为。

二、根据《深圳市财政局关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（深财购[2019]42 号）的要求，供应商在政府采购活动中出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》以下情形的，采购人或招标机构可将有关情况报同级财政部门，由财政部门根据实际情况记入供应商诚信档案，予以通报：

- （一）投标截止后，撤销投标的；
- （二）中标后无正当理由未在规定期限内签订合同的；
- （三）将中标项目转让给他人、或者在投标文件中未说明且未经采购人、采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；
- （四）拒绝履行合同义务的。

项目信息

项目编号：SZDL2020334680

项目名称：实验室配套设施设备——高纯锗伽马谱仪系统和全自动热释光读出仪

包号：A

项目类型：货物类

采购方式：公开招标

货币类型：人民币

投标文件初审表

资格性审查表

序号	内容
1	投标人不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告 投标人资格要求）
2	未按招标文件所提供的《政府采购投标及履约承诺函》进行承诺的投标无效；

符合性检查表

序号	内容
1	法人代表证明书和投标文件签署授权委托书（投标代表为法定代表人的，无需提供投标文件签署授权委托书）；
2	未按招标文件所提供的样式填写《投标函》的投标无效；
3	对招标文件中带“*”号条款的响应没有负偏离；
4	未按招标文件所提供的《政府采购投标及履约承诺函》进行承诺的投标无效；
5	未按招标文件所提供的《招标代理服务费承诺书》进行承诺的投标无效；
6	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；
7	对同一项目投标时，提供两套以上投标方案（招标文件另有规定的除外）的投标无效；
8	分项报价或投标总价高于预算金额（最高投标限价），同一项目出现两个及以上报价的投标无效；
9	将一个包或一个标段的内容拆开投标的投标无效；
10	投标报价有严重缺漏项目且对招标文件规定的服务清单项目及数量进行修改的投标无效；

11	投标人所投产品是否符合财库(2007)119号《政府采购进口产品管理办法》和财办库(2008)248号文的要求；
12	投标文件存在规避信息公开情形的的投标无效；
13	投标文件电子文档带病毒的投标无效；
14	投标文件用不属于本公司的电子密钥进行加密的的投标无效；
15	误选了非本项目的最新加密规则文件，导致投标文件不能在开标时解密的投标无效；
16	法律、法规规定的其他情形

《资格性审查表》和《符合性审查表》初审不通过，按投标无效处理。

评定标方法

评标方法	综合评分法（新价格分算法）
中标供应商数量	1

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

价格分计算方法：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+……+Fn×An

F1、F2……Fn 分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1+A2+……+An=1)。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

此方法适用于货物类、服务类、工程类项目。

一、评标优惠政策

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 **10%**后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。如有其它政策支持因素（如鼓励创新等）需一并列出。

2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体 5%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业，均享受**评标优惠政策**第一款的优惠政策。

二、评标信息

序号	评分项				权重
1	价格部分（30分）				
2	技术部分（43分）				
	序号	评分因素	权重	评分方式	评分准则
	1	技术规格偏离情况	35	专家打分	投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得 100%， “▲” 条款每偏离一项扣 8%，其余条款每偏离一项扣 3%，扣分不超过 100%。 评分依据：根据《技术规格偏离表》进行打分。
	2	技术保障措施	3	专家打分	在投标文件中详细说明技术保障措施，根据响应情况进行评审。 评分标准：

					技术保障措施内容全面，评价优得 100%； 技术保障措施内容较全面，评价良得 80%； 技术保障措施内容基本满足要求，评价中得 60%； 技术保障措施不满足要求，评价差得 30%。 未提供不得分。
	3	产品的质量可靠性和先进性	5	专家打分	要投标文件中详见阐述，产品的质量可靠性和先进性、项目实施方案等内容，评审委员会进行分档评审。 评分标准： 方案科学、合理、可操作性强，评价优，得 100%； 方案较科学、合理、可操作性较强，评价良，得 80%； 方案科学、合理及可操作性一般，评价中，得 60%； 方案科学、合理及可操作性较差，评价差得 30%； 未提供不得分。
3	商务部分（27 分）				
	序号	评分因素	权重	评分方式	评分准则
	1	对商务条款的响应程度	7	专家打分	全部满足得 100%，每偏离一项扣 10%，扣分不超过 100%。 评分依据：根据《商务需求偏离表》的响应情况进行打分
	2	售后服务	3	专家打分	在投标文件中详细说明售后服务，根据响应情况进行评审。 评分标准： 售后服务内容全面，评价优得 100%； 售后服务内容较全面，评价良得 80%； 售后服务内容基本满足要求，评价中得 60%； 售后服务不满足要求，评价差得 30%； 未提供不得分。
	3	投标人业绩	3	专家打分	近三年同类业绩（以合同签订时间为准，截止日为本项目招标公告发布之日），提供 3 个得 100%，提供 2 个得 60%，提供 1 个得 30%，未提供不得分。 证明材料：同时提供项目合同和验收报告（或用户使用报告）扫描件，原件备查，未提供或无法判断的不得分。
	4	履约情况	2	专家打分	投标截止日前三年内（以深圳市政府采购中心网站《关于给予供应商履约评价差的函》的落款日期为准），供应商履约评价出现评价为“差”的，本项不得分，否则得 100%。 投标人提供深圳市政府采购中心网站《关于给予供应商履约评价差的函》查询信息。 证明材料：提供投标人提供深圳市政府采购中心网站《关于给予供应商履约评价差的函》查询信息，未按要求提供或无法判断的不得分
	5	节能环保	2	专家评分	提供无节能环保问题承诺函得 100%。若隐瞒情况虚假应标将导致投标无效并报主管部门处理。受过行政处罚不得分。 证明材料：提供承诺函（格式自拟），未提供或无法判断的不得分。
	6	企业诚信	5	专家打分	根据深财购〔2013〕27 号、深财购〔2016〕315 号文和深财购〔2017〕42 号文相关规定：投标人因违法违规被记入诚信档案且在有效期内的，得 0 分；不存在此类情况的，

					或虽受过行政处罚但修正行政处罚期已满，可参与政府采购投标活动的，得 100% 分数。 证明文件：提供企业诚信声明与承诺。
	7	疫情防控	5	专家打分	根据《深圳市政府采购落实支持企业复工复产政策的实施细则》的通知”，以下两点，投标人满足第 1 点得 60%，满足第 2 点得 40%，同时满足得 100%。 1. 纳入全国性名单或地方性名单的疫情防控重点保障企业（以下简称“重点保障企业”），直接参与我市政府采购投标的，提供至少一项自身属于重点保障企业的证明材料（名单查询网页链接、名单网页截图、政府部门出具的文件或者企业享受重点保障企业优惠政策的其他证明文件扫描件）。 2. 未裁员或裁员率低于 20% 的企业，即投标前一个月实际参加社会保险（至少包括养老保险）的员工人数（含免缴或延期缴纳社会保险人数）不低于 2019 年 12 月同口径人数 80%（含）的企业，视为稳岗企业，提供自身符合稳岗企业条件的（提供稳岗企业承诺函）。 注：投标人提供虚假承诺的，将做投标无效处理，涉嫌存在违法违规行为的，将报主管部门处理处罚。

目 录

第一册 专用条款

关键信息

- 第一章 招标公告
- 第二章 招标项目需求
- 第三章 投标文件格式、附件
- 第四章 政府采购合同的签订、履行及验收

第二册 通用条款

通用条款内容可在深圳市政府采购中心网站（<http://cgzx.sz.gov.cn/>）以下栏目中查看（两处均可）：

- 1 “业务服务” — “面向供应商” — “采购文件模板”；
- 2 “业务服务” — “面向采购人” — “采购文件模板”。

备注：

1. 本招标文件分为第一册“专用条款”和第二册“通用条款”。
2. “专用条款”是对本次采购项目的具体要求，包含招标公告、招标项目需求、投标文件格式、合同条款及格式、附件等内容。
3. “通用条款”是通用于政府采购项目的基础性条款，具有普遍性和通用性。
4. 当出现“专用条款”和“通用条款”表述不一致或有冲突时，以“专用条款”为准。

第一册 专用条款

第一章 招标公告

文件编码：0722-206FE1102SZF

项目概况：

实验室配套设施设备——高纯锗伽马谱仪系统和全自动热释光读出仪的潜在投标人应登录深圳政府采购网站（cgzx.sz.gov.cn）下载获取本项目的招标文件，并于 2020 年 7 月 13 日 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

- 1. 项目编号：SZDL2020334680
- 2. 项目名称：实验室配套设施设备——高纯锗伽马谱仪系统和全自动热释光读出仪
- 3. 预算金额：人民币陆佰捌拾伍万肆仟柒佰元整（¥6,854,700.00）
- 4. 最高限价：人民币陆佰捌拾伍万肆仟柒佰元整（¥6,854,700.00）
- 5. 采购需求：

标的名称	数量	单位	简要技术需求（服务需求）	备注
实验室配套设施设备——高纯锗伽马谱仪系统和全自动热释光读出仪	1	批	详见招标文件	

- 6. 交货期：合同签订后 180 天内交货。
- 7. 本项目不接受联合体投标。

二、投标人资格要求：

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（投标人提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件以及《政府采购投标及履约承诺函》，原件备查）；
- 2. 本项目不属于专门面向特定企业（单位）的采购项目；
- 3. 投标人及其法定代表人参与政府采购项目投标近三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；
- 4. 参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；
- 5. 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

注：“信用中国”、中国政府采购网”、“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监督管理网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询信息为准

6. 本项目部分设备接受进口设备参加投标，不接受联合体投标，不允许转包、分包。

三、获取招标文件：

时间：2020年7月1日21:00至2020年7月8日17:00（北京时间）每天上午00:00至12:00，下午12:00至24:00。

地点：登录深圳政府采购网站（cgzx.sz.gov.cn）下载本项目的招标文件。

方式：在线下载。

售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间：2020年7月13日9:30（北京时间）

地点：中国远东国际招标有限公司（深圳市福田区上步南路1001号锦峰大厦22楼）。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1. 本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

网上操作咨询：

采购系统、招投标软件技术支持：张工 / 0755-83203022-805 / 工作QQ：1272422942

代理机构系统技术支持：温工 / 0755-83203022-808 /

技术支持QQ群：673471913

注册咨询：83938966

电子密钥咨询：83948165 4008301330

2. 报名操作：投标人如确定参加投标，首先要在深圳政府采购网上报名投标，方法为登录深圳市政府采购网（深圳社会代理机构系统）后点击“应标管理→投标响应”或“应标管理→确认邀请”；如果网上报名后又不参加投标，应再到【应标管理】→【投标响应】功能点中点击“撤销响应”；如果网上报名后上传了投标文件，又不参加投标，应再到【应标管理】→【上传投标文件】功能点中进行“撤标”操作；如果是未注册为深圳政府采购的供应商，请访问深圳政府采购网站，先办理注册手续，再进行投标报名。在网上报名后，点击“应标管理→下载招标文件”进行招标文件的下载。

3. 投标操作：具体操作为登录“深圳市政府采购网”（深圳社会代理机构系统），用“应标管理→上传投标文件”功能点上传投标文件。本项目电子投标文件最大容量为100MB，超过此容量的文件将被拒绝。

4. 开标情况：供应商可以登录“深圳市政府采购网”（深圳社会代理机构系统），在系统“查看开标一览表”功能点查询开标情况。

5. 采购文件澄清/修改事项：2020年7月8日17:00（北京时间）前，供应商如认为采购文件存在不明确、不清晰和前后不一致等问题，要求对采购文件作出澄清的，可登录深圳市政府采购网，在“应标管理→提出

采购文件澄清要求”功能点中填写需澄清内容。2020年7月10日17:00（北京时间）前将采购文件澄清/修改情况在“应标管理→采购文件澄清/修改查询”中公布，望投标人予以关注。

（重要提示：“提出采购文件澄清要求”不等同于“对采购文件质疑”，供应商提出的澄清要求内容如出现“质疑”字眼，将予以退回。供应商如认为采购文件存在限制性、倾向性、其权益受到损害，应在采购文件公布之日起七个工作日内以书面形式提出质疑。请质疑供应商根据深圳市政府采购中心网页

（<http://cgzx.sz.gov.cn/zxfw/mxgys/zyzn/>）所发布的质疑指引、质疑函模板填写质疑函并提交质疑材料。质疑材料可以采用现场或邮寄方式提交，采用邮寄方式提交的，交邮时间应在本公告发布之日起七个工作日内。现场提交、邮寄地址：深圳市福田区上步南路1001号锦峰大厦22楼。根据《深圳经济特区政府采购条例》第四十二条“供应商投诉的事项应当是经过质疑的事项”的规定，未经正式质疑的，将影响供应商行使向财政部门提起投诉的权利。）

6.中国远东国际招标有限公司有权对中标供应商就本项目要求提供的相关证明资料（原件）进行审查。供应商提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目中标资格、列入不良行为记录名单和三年内禁止参与深圳市政府采购活动的风险。

7.本招标公告及本项目招标文件所涉及的时间一律为北京时间。投标人有义务在招标活动期间浏览深圳政府采购网（cgzx.sz.gov.cn），在深圳政府采购网上公布的与本次招标项目有关的信息视为已送达各投标人。

8.本项目不需要投标保证金。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：深圳市生态环境局

地址：深圳市福田区红荔西路8007号深圳市土地房产交易大厦

联系方式：0755-33980622

2.采购代理机构信息

名称：中国远东国际招标有限公司

地址：深圳市福田区上步南路锦峰大厦22B

联系方式：0755-83004312 转 117

3.项目联系方式

项目联系人：张杰

电话：0755-83004312 转 117

第二章 招标项目需求

一、对通用条款的补充内容

序号	内 容	规 定
1	采购计划编号	PLAN-2020-0102012001-01081
2	联合体投标	见《招标公告》中“投标人资格要求”部分的相关内容
3	投标有效期	120 日历天（从投标截止之日算起）
4	投标人的替代方案	不允许
5	投标文件的投递	本项目实行网上投标，投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前登录“深圳市政府采购网”，使用“应标管理->上传投标文件”功能点，将编制好的电子投标文件上传，投标文件大小不得超过 100MB
6	履约保证金	签订合同时约定
7	招标代理服务费	招标代理服务费收取标准详见第三章《招标代理服务费承诺书》 招标代理服务费缴纳至： 开户名称：中国远东国际招标有限公司深圳分公司 银行帐号：11013651025501 开户银行：平安银行深圳中电支行

备注：本表为通用条款相关内容的补充和明确，如与通用条款相冲突的以本表为准。

二、 技术部分

（一）项目背景

负责定期对深圳市辖区内电离辐射环境与辐射应急进行监测是我局工作职责所在。根据国家生态环境部发布的《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）中确定辐射环境监测需开展的常规监测项目包括陆地 γ 辐射剂量、空气（含气溶胶、沉降物、氡）、水（含地表水、地下水、饮用水和海水）、底泥、土壤及生物（含陆生生物和水生生物）中放射性核素浓度监测。辐射实验室分析设备作为开展辐射环境监测与监察工作必备的基础条件之一，应予以重点保证。

（二）货物清单

序号	货物名称	数量	单位	备注	单项控制金额 (元)
1	超低本底宽能高纯锗伽马谱仪系统 主设备及软件	1	套	允许进口设备参与投标	¥2,997,700.00
2	颚式粉碎机	1	台		¥258,000.00
3	行星球磨仪	1	台		¥220,000.00
4	大压力滤膜压模机	1	台	国产设备采购	¥150,000.00
5	大体积微波消解系统	1	套		¥940,000.00
6	焚烧灰化炉	1	台	允许进口设备参与投标	¥73,000.00
7	冷冻干燥机	1	台		¥200,000.00
8	液体、粉末、滤膜标准源	1	套	国产设备采购	¥80,000.00
9	电热恒温干燥箱	1	台		¥100,000.00

10	全自动热释光读出仪 主要设备和软件	1	套	允许进口设备参与投标	¥1,326,000.00
11	热释光退火炉	1	台	国产设备采购	¥250,000.00
12	辐射照射器	1	台		¥260,000.00

(三) 技术要求

序号	货物名称	详细配置	技术要求
1	超低本底宽能高纯锗伽马谱仪系统 主要设备和软件	1.1 宽能高纯锗探测器	1) ▲P 型晶体：≥80mm 直径，90mm 厚度（提供厂家说明书）
			2) 能量响应范围：3keV - 10MeV
			3) ▲相对探测效率：≥110%（提供厂家说明书）
			4) ▲能量分辨率： 1.332 MeV (Co-60) : ≤ 2.1 keV 122 keV (Co-57) : ≤ 1.1keV 5.9keV (Fe-55) : ≤ 1.05 keV （提供厂家说明书）
			5) 峰康比：≥85: 1
			6) ▲峰形参数：FW0.1M/FWHM ≤1.9, FW0.2M/FWHM ≤ 3.0（提供具有 CNA 资质的检定部门出具的检定报告）
			7) 封装结构：整体低本底整体碳纤维封装
			8) 端窗直径：≤ 95mm
		1.2 数字化伽玛谱仪	1) 最大数据通过率：大于 100kcps（低频抑制器 LFR 关闭）；大于 34kcps（低频抑制器 LFR 开启）
			2) 具有低频噪声抑制、自动最优化、自动极零、零死时间校正、数字化自动基线恢复、虚拟示波器、ListMode 和 SHUTDOWN 保护等功能
			3) ▲超大彩色液晶显示屏，可随时显示探测器晶体温度、高压状况、增益/零点稳定性、实时间/活时间和计数率等相关信息；也可连续实时显示谱图；（提供厂家说明书和图片）
			4) 多种电脑接口方式：USB2.0 和以太网接口
		1.3 液氮回凝制冷器	1) 实验室液氮制冷设备：低本底垂直冷指；冷指延长棒；液氮循环制冷器。
			2) ▲采用稳定高效的斯特林压缩机方式，所用斯特林压缩机寿命大于 20 万小时（提供原厂证明文件）
			3) 液氮容量：不低于 27 升，
			4) ▲液氮罐单次充满的情况下，连续通电运行条件下可维持工作 12 个月以上而无需补充液氮；（提供用户证明书）
			5) 自带感应与控制元件，以文字或数字形式显示如下信息：制冷状态在当前制冷状态下所能维持的制冷时长及液氮水平。
			6) 具有液晶屏幕实时显示以上信息，通过软线连接，可布置在任何地方（厂家说明书，仪器图片）
			7) 在制冷剩余时长为 48 小时前发出提示与报警
			8) 功耗：典型值 125W，最大 300W
		1.4 中文	1) ▲全中文界面，64 位中文解谱软件，与 Windows 平台完美兼容；

2	辅助设备	分析软件	(厂家说明书和软件界面截图)		
			2) 涵盖谱获取、控制、分析、报告与质保程序；一次安装即可实现所有功能；（提供厂家说明书）		
			3) 能量刻度、效率刻度；自动寻峰、计算峰面积和扣除本底；重叠峰解谱、内置核素库，进行核素识别		
		1.5 无源效率刻度软件	1) 中文无源效率刻度软件		
			2) 可由点源 / 柱体状（体源）/ 平面状（面源）/ 马林杯样品源之中的任一系列标准源的完整效率曲线为基准，由软件推演计算其它形式样品的效率刻度曲线		
			3) 配套探测器表征：厂家提供出厂前的点源基准效率曲线		
			4) 软件的精度：样品基质均匀、且活度在样品中分布均匀，参数输入准确情况下，误差水平在 3%至 4%左右。		
		1.6 超低本底铅室	1) 内腔尺寸：≥23cm（直径）×46cm		
			2) 铅室主体由外到内的构造：9.5mm 低碳钢外衬、125mm 老铅、最内层 25mm 采用优化处理超低本底老铅、0.5mm 锡和 1.6mm 软铜内衬		
			3) 依据国际标准，本底计数≤1.5cps		
		3	辅助设备	2.1 颚式粉碎机	1) 仪器系统：桌面型颚式粉碎机由颚式粉碎系统和电子控制系统组成，可以对中硬性、硬性、脆性和硬韧性的材料进行快速、温和的粗粉碎和预粉碎处理。
					2) 仪器为台式结构，重量小于 100kg，可放置桌面。
					3) 最终出样尺寸：<0.5mm。
4) 接受槽容积不小于 3L。					
5) 具有零点再校准功能，能够消除长期使用后磨损带来的影响。					
6) 一键校正颚板间隙零点，保证结果重复性。					
7) 颚板间隙和速度为数字显示。					
8) 颚板间隙调节范围：0~11mm，0.1mm 连续可调。					
9) 颚板速度：550~950 次 min ⁻¹ 可调。					
10) 颚板运动方向可反转，防止样品卡住。					
11) 具有防回溅进样斗设计。					
12) 具有永久自润滑轴承的牢固设计。					
13) 数显示屏会提示是否需要更换整体颚板，以避免损坏仪器。					
2.2 配置要求	1) 主机一台，包含粉碎颚板为颚板锰钢制、刮磨板为不锈钢制。				
	2) 皮带两根。				
	3.1 行星球磨仪	1) 最大进样尺寸：小于 4 毫米，最终出样尺寸：小于 1um。			
		2) 研磨罐可选体积：可允许配置 12mL、25mL、50mL、80ml、125mL 等不同体积的研磨罐			
		3) 研磨罐材质：仪器可允许配置不锈钢、硬质钢、碳化钨、玛瑙、氧化锆、烧结刚玉等不同材质的研磨罐。			
		4) 研磨平台数：2 个。			
		5) 有效太阳轮直径不小于 157 毫米。			
		6) 太阳轮最大转速不小于 650 转/分钟。			
		7) 球磨仪电子控制系统。			
		8) 大尺寸的液晶显示器，摁键式设计，通过一个键可以设置仪器的参数，并且可以储存 10 组程序。			
		9) 控制系统有能量输入显示功能。			

4			10) 仪器使用电子锁，可以在控制面板上开启。
			11) 研磨罐
			12) 研磨罐具有快速紧固装置，保证仪器运行过程中研磨的安全，玛瑙、碳化钨、氧化锆、烧结刚玉型研磨罐都具有不锈钢防护外套，研磨带圈密封防尘，罐和盖设有抓握边沿，边沿留有间隙，便于实验操作者开启。
			13) 研磨平台上有定位孔。
			14) 标准配置带有安全滑块提醒装置，如果紧固不紧的话，仪器会自动停止运行。
		3.2 配置要求	1) 行星式球磨仪主机
			2) 研磨罐体积：125mL 玛瑙研磨罐 2 个
			3) 10mm 直径玛瑙研磨球 30 个
			4) 125ml 研磨罐辅助配件，2 个。
		大压力滤膜压机	1) 液压压缩机采用油法液体压缩模式；
			2) 压缩机压力不小于 40 吨，能够满足样品的快速压缩；
			3) 设备能够连续工作不小于 6 小时，压力偏差不小于 5%；
			4) 液体压缩机性能稳定，噪音较小，无漏油现象，防止样品污染；
			5) 仪器尺寸：测量单元不大于 80x120x150mm。
			6) 配件不锈钢液压模具 2 套
			7) 直径 70mm 样品模具一套
			8) 马林杯式一体成型模具一套
			9) 配件滤膜真空包装设备 1 套。
			10) 真空包装有效最小尺寸：40*30*25cm
			11) 包装 pp 膜 3 盒
5		大体积微波消解系统	1) 仪器适用于沉积物、土壤、岩石（或矿物）、生物体、悬浮物等大体积（大质量）样品的消解。
			2) ▲高通量反应转盘可同时承载 ≥ 8 个单罐体积 $\geq 500\text{ml}$ 的反应罐，或同时每个承载 ≥ 4 个单罐体积 $\geq 1000\text{ml}$ 的反应罐，以适应大体积样品处理的需要。（提供 CNA 资质的检定部门出具的检定报告）
			3) 具有电磁搅拌功能，能够满足样品反应过程中的搅拌，使反应更均匀。
			4) 炉腔体积不小于 65 升，工业级炉腔且内壁喷涂五层以上氟塑料防腐层。
			5) 主机采用双磁管发射微波控制技术，整机安装功率 $\geq 3600\text{W}$ ，微波最大输出功率 $\geq 2200\text{W}$ ，运行功率根据反应温度和压力的反馈实现自动变频控制，非脉冲连续微波加热。
			6) 高压反应罐采用全封闭防腐超强宇航复合纤维材料外罐，配合高强度框架结构和超压垂直爆破泄压技术。
			7) 内罐材料采用增强改进型聚四氟乙烯（TFM）。
			8) 高强度框架式密闭超高压反应罐：最高承受压力不小于 15MPa（2250psi）。
			9) 高强度框架式密闭超高压反应罐：最高承受温度 不小于 300℃。
			10) 非接触式压力传感器，避免样品与压力导管交叉污染；控压范围：0~10MPa，控制精度：0.01MPa。
			11) 压电晶体压力传感器实时控制并显示反应罐内的压力和升压曲

			线。
			12) 高精度铂电阻温度传感器实时控制并显示反应罐内的温度和升温曲线；控温范围：0~300℃，精度：±1℃。
			13) 红外 IR 全罐温度扫描监控系统，计算机自动识别主控罐并与标准管温度实时对比，超过安全温差自动报警。
			14) 大功率耐腐蚀轴流式风机，湍流高效风冷，抗腐蚀，排风流量 ≥5.8m ³ /min。
			15) 冷却方式：炉腔内强制风冷/炉腔外自然冷却。
			16) 门板控制和机械控制双重开关门锁，安全可靠，操作便捷；六层钢结构防弹玻璃防爆炉门，自弹出缓冲结构设计。
			17) 工作环境温度：0~50℃；适用电源：220V（AC），50Hz。
			18) 全套安全装置的大容量微波消解系统主机 1 套 高精度铂电阻温度传感器（范围：0~300℃，精度：±1℃） 1 套
6		焚烧灰化炉	1) 最高温度 1100 度。
			2) 一体化莫来石炉膛设计：避免加热元件收到化学侵蚀和机械冲击。
			3) 符合标准：ISO 1171:2010，ASTM D3174-04:2010。
			4) 加热元器件包裹在炉膛外，灰化过程未完全燃烧的黑烟不接触加热元器件。
			5) 采用大功率加热元件补偿高气流导致的热量损失。
			6) 空气经过两层预热后进入炉膛，确保良好的温度均匀性。
			7) 大面积炉床设计可同时处理大量样品。
			8) 配置支架和炉膛托盘。
			9) 最大功率不小于 4000。
			10) 内部尺寸不小于（高*宽*深）90x170x450mm。
7		冷冻干燥机	1) 主机：大屏幕液晶界面清楚显示主要过程参数，如冷阱温度、冻干时间、分段时间，真空度及样品温度；将冻干过程分为预冻，预热泵，主干燥，二次干燥，待机等几个阶段，并能实现连续阶段的自动跳转。
			2) 可实现真空控制，有利于更好的控制产品温度及提高冻干效率。
			3) 真空度显示范围 0.001-1000mbar，显示精度为 0.001mbar，真空传感器为派纳尼真空传感器。
			4) 内置冰上蒸汽压曲线，实现真空度和样品温度偶联显示。
			5) 冷阱最大凝冰容量：≥4 Kg，容积≥6.5L。
			6) 凝冰效率：≥4 kg/24h。
			7) 工作温度：≤-55℃。
			8) ▲冷阱大开口设计，直径≥300mm，便于水蒸汽的快速输送。（提供厂家说明书）
			9) 冷阱和冷凝管由 316L 不锈钢制成，防腐蚀抗变形，电解抛光处理，易于清洗，冷凝管暴露于冷阱内，具有冷阱预冻功能。
			10) 真空泵抽气速率：≥38L / min；
			12) 极限真空：≤2×10 ⁻³ mbar；
			13) 需要配置油雾过滤器，防止污染环境；
			14) 真空度测量范围：1000-0.001 mbar。
			15) 冷冻样品干燥室：

			16) 干燥室为透明有机玻璃材质，带 12 个接口；
			17) 防老化橡胶阀内置不锈钢接头，防腐蚀抗变形；
			18) 不锈钢隔板，最大干燥面积可达：0.55m ² 。
8		液体、粉末、滤膜标准源	1) 核素列表：（每种核素活度：100-1000 Bq） 241Am、238U、226Ra、232Th、40K、60Co、137Cs、133Ba
			2) 液体标准源：3L 马林杯
			3) 粉末标准源：Φ75mm*70mm
			4) 滤膜标准源：Φ70mm*3mm
9		电热恒温干燥箱	1) 控温范围：RT+10~250℃
			2) 控温精度：±1℃。
			3) 加热方式：自然对流。
			4) 温度显示分辨率：0.1℃。
			5) 内装：不锈钢板。
			6) 外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装。
			7) 加热器：镍铬合金加热丝
			8) 断热材：硅酸铝纤维
			9) 额定功率：1.2 kW。
			10) 温度控制方式：数码管双列 PID 139
			11) 传感器：Pt100。
			12) 带定时等待功能。
			13) 内尺寸：不小于 400 mm×350 mm×350mm（长×宽×高）。
			14) 内容积：不小于 43 L。
			15) 隔板：4 层。
10	全自动热释光读出仪主要设备和软件	热释光读出器	1) ▲能读取剂量卡，能读取两片装、四片装、单片装剂量卡（提供厂家说明书）
			2) ▲能一次性测量200个四片装剂量卡，剂量卡里的元件可使用国产剂量元件（提供厂家说明书）
			3) 在不停机的状态可连续测读剂量卡
			4) 配有传送装置，采用三个步进电机进行控制，用光电传感器进行移动监控保证机械传送装置的可靠性和准确度
			5) 读出速度：四片装热释光卡50/h，两片装82/h，单片装128/h；
			6) 可处理的探测器类型：圆片、方片、棒状
			7) 加热方法：氮气加热，温度可达400 °C
			8) 动态范围：7个数量级，有光学过滤片可达9个数量级
			9) 信号测量：光子计数法，计数率100MHz
			10) 线性：<1%
			11) 系统稳定性：标准偏差应小于<1 μSv
			12) 高压：采用光子计数法不受高压变化影响
			13) 参考光：高稳定性温控参考光，稳定性<0.5%
			14) 暗电流：采用光子计数不受暗电流影响；在本底计数率下，偏离<1 μSv
			15) 自动本底扣除
			16) 软件功能：提供剂量数据的文件格式，支持单片刻度、运行、数据处理和管理功能。
11	辅助	热释光退	1) 温度范围：0~400℃设定。

12	设备	火炉	2) 精度: $\pm 0.5\%$ 满刻度。
			3) 升温时间: 正常情况下, 由室温升至 240°C 所需时间小于 1 小时。
			4) 温度过冲值: 当 PV、SV 值平衡后, 将样品盘放入炉内, 温度过冲值不超过 2°C 。
			5) 控制方式: 具有 AT (自动整定) 功能的 PID 控制。
			6) 传感器: 带法兰盘的不锈钢 Pt100。
			7) 加热元件: 远红外。
	辐射照射器		1) 照射量范围: $1 \times 10^{-7} \sim 1 \times 10^{-3} \text{C} \cdot \text{Kg}^{-1}$, ($1 \sim 1 \times 10^{-4} \text{mR}$)。
			2) 照射量的精密度: (包括剂量片的重复性误差) 优于 8%。
			3) 照射量的标准: 优于 10% (参考指标)。
			4) 照射样品数量: 50 片
			5) 照射器可以连续工作 8 小时以上。
			6) 照射器最大功耗不超过 100 伏安。
			7) 温度范围: $5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$;
			8) 相对湿度: $\leq 95\%$ (30°C)。

(四) 检测报告

序号	货物名称	检测机构要求	检测指标
1	宽能高纯锗探测器	有 CNA 资质的检定部门	峰形参数: $\text{FWO.1M}/\text{FWHM} \leq 1.9$, $\text{FWO.2M}/\text{FWHM} \leq 3.0$
2	大体积微波消解系统	有 CNA 资质的检定部门	高通量反应转盘可同时承载 ≥ 8 个单罐体积 $\geq 500\text{ml}$ 的反应罐, 或同时每个承载 ≥ 4 个单罐体积 $\geq 1000\text{ml}$ 的反应罐

备注: 投标文件应按上述要求提供相应检测报告原件扫描件。

(1) 检测报告内容中若涉及外文说明, 必须同时提供对应中文翻译说明, 评标依据以中文翻译内容为准, 外文说明仅供参考; 检测报告尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断;

(2) 我国政府机构出具的产品检测报告应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容; 产品检验报告的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

三、 商务部分

序号	目录	商务需求
(一) 免费保修期内售后服务要求		
1	*免费保修期	货物免费保修期 <u>1</u> 年, 时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。
2	维修响应及故障解决时间	在保修期内, 一旦发生质量问题, 投标人保证售后服务人员应在接到通知 24 小时内赶到现场进行修理或更换。
3	售后服务人员	投标人有 5 人或以上的技术人员队伍, 且有核与辐射或电子类相关专业人员 2 人或以上。
4	售后服务机构	非深圳供应商但在深圳有合法注册的分公司或售后机构 (分公司的提供分公司营业执照扫描件, 售后机构同时提供售后服务合作合同及售后机构营业执照扫描件, 原件备查)。
(二) 免费保修期外售后服务要求		

1	产品维护	在质量保证期满以后，投标人为所提供设备提供终生有偿售后服务，只收取成本费。采购人可根据需要与投标人签订项目维护协议，确保仪器的正常运转，无正当理由，投标人不得拒绝。
2	易耗品供应	质保期满以后，投标人必须保证供应采购人所提出的日常维护及更换常规耗材的使用需求，且所有的易耗品及配件必须是仪器原厂家的原配易耗品和配件。
(三) 其他商务要求		
1	交货要求	*1.1 交货地点及时间：按采购人提供的地址,合同签订后 180 天内交货。 1.2 投标人必须承担设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 1.3 投标人负责设备安装前的保管及存放。
2	验收要求	2.1 投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 2.2 当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。
3	*报价要求	3.1 人民币报价（含税），投标价包含完成该项目的全部费用。包括但不限于，货物加工、运输、安装、调试，以及质保期和保修期内的售后服务、税费（部分如为进口设备投标还须包括：进口环节税、进口环节增值税、消费税）等一切费用。采购人无须向中标人另外支付中标价格以外的任何费用。质保期外的维修，中标人仅收取维修成本费。 3.2 投标人不得以低于成本的报价竞标；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
4	关于违约	4.1 中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的 30%的违约金并赔偿招标人因此造成的全部损失。招标人同时有权报送主管部门相关规定处理。 4.2 中标人逾期交货的，按主管部门相关规定处理。 4.3 中标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利、商标、版权等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若采购人因此被第三方起诉或以其它方式追究责任，中标人应赔偿因采购人被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于采购人所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发的一切费用。
5	*付款	5.1 合同签订后 7 日内，中标人提供总价 50%的货款的发票；采购人收到发票后 30 日内，支付合同总价 50%的款项。 5.2 设备到达指定安装现场，安装、调试且项目经过运行验收后，中标人于 7 日内提供总价 45%的货款的发票；采购人收到发票后 30 日内，支付合同总价 45%的款项。 5.3 项目通过运行验收，并经过深圳市财政投资评审中心审定最终价格后，中标人提供剩余货款的发票；采购人收到发票后 30 日内，支付合同剩余的款项。
6	关于培训	投标人负责为采购人提供至少 4 人 5 天的国内集中培训，其费用由投标人负责承担，投标人承诺负责对采购人使用、操作、维修、保养人员免费进行培训（提供安装使用、维护说明书）

7	运输及包装方式的要求	货物的包装、运输由中标人负责，要求：包装标志清楚，起吊位置明显，包装要坚固，符合相关运输要求。
8	安装、调试	由中标人负责免费安装、调试，货物质量和安装调试检验标准遵照国家及行业相关标准、规范执行。
9	质量及知识产权要求	8.1 中标人提供完好、全新的原包装货物（包括零配件），随机技术资料齐全。须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证明等。 8.2 采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。采购人提供图纸的知识产权归采购人所有，投标人必须对图纸保密并不得另行生产。

注：

- 1) 本项目最高总预算为¥6,854,700.00，超出此最高总预算或上述《货物清单》中列出的各单项控制金额的投标作投标无效处理。
- 2) 本《用户需求书》所提有关技术和商务要求（打“*”的条款必须满足，否则作废标处理；“▲”为重点扣分项）；仅供参考，投标人在投标文件中可提出替代标准，但此替代标准应不低于招标文件技术要求。
- 3) 评标委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定。投标人上述行为一经发现或查实，除扣分或废标外，招标代理机构可视情况报政府采购监督管理部门做进一步处理。
- 4) 当招标文件中出现前后表述不一致的时候，以招标文件中对投标人责任规定较严格的为准。
- 5) 当投标文件中出现前后表述不一致的时候，以投标文件中对投标人责任规定较严格的为准。
- 6) 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高排列，得分和价格均相同的，按评审因素的量化指标由高到低排列。以上情况仍相同的，则采取随机抽取方式确定（a 抽签编号：投标一览表序号作为抽签序号；b 由采购人或评审委员会组长从中抽选一名作为确定获得中标人推荐资格的投标人），其他同品牌投标人不作为中标候选人；多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。
- 7) 招标文件中如出现参考品牌，那么参考品牌仅作为参考使用，投标人在投标时可提供参考品牌产品也可提供同等品牌或优于参考品牌的产品参与投标。
- 8) 根据“财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合下发《关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）”的要求，所投产品属于已列入“财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号），财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）”的，需出具“国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书”复印件并加盖投标人公章并在《技术条款偏离表》的说明栏中说明
- 9) 部分进口产品可以参与本项目，不限制潜在的同类国产产品参与竞争，不对国产产品实行歧视性待遇，不对不同来源或不同品牌的进口产品实行差别待遇，不限制或者拒绝符合要求的国产产品中标（成交）。

第三章 投标文件格式、附件

特别提醒：

投标文件正文将对外公开，投标文件附件不公开。投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件的将可能导致投标无效，一切后果由供应商自行承担。

投标文件正文（信息公开部分）必须编制于“标书”，投标文件附件（非信息公开部分）必须编制于“附件”，如下图所示。



中国远东国际招标有限公司公布投标文件正文（信息公开部分）时为计算机截取信息自动公布，如投标人误将涉及个人隐私的信息放入投标文件正文，相关后果由投标人自负；如投标人将必须放于投标文件正文（信息公开部分）的内容放入投标文件附件（非信息公开部分）以回避信息公开，将作投标无效处理。

各投标供应商：

根据《中华人民共和国政府采购法》及《深圳经济特区政府采购条例》有关规定，为增强各供应商诚信守法、公平竞争意识，规范各供应商投标行为，有效遏制投标供应商在政府采购活动中的串标围标、造假等不诚信行为，促进我市政府采购市场诚信体系建设，确保我市政府采购工作公开、公平和公正，深圳市政府采购中心将依法依规对如下投标信息予以公示，望各投标供应商给予配合，履行好自身的权益和义务。

1. 公示的内容。营业执照、资质证书、项目业绩、履约验收报告及评价、社保证明、设备发票、职称、各种证件（身份证除外）、货物的规格型号及配置参数等。
2. 公示时间。从 2014 年 9 月 10 日起，所有新公告的政府采购项目的投标供应商的投标文件都进行公示。公示时间有两次，具体是：

第一次公示时间：评标环节。当项目开标评审开始后，所有投标供应商的投标文件有关信息将随开标一览表向所有参与的投标供应商进行公开；

第二次公示时间：中标结果公布环节。当发布中标结果时，同时向社会公布参加该政府采购项目的投标供应商（包括中标和未中标供应商）的投标文件。

3. 履行职责并及时指出有造假的行为。各投标人有权对公示内容进行监督，在第一次信息公开后的 90 分钟内，向我司反馈质疑和举报有造假行为的供应商，具体操作：

点击“我要举报”按键，系统即显示所有投标人相关内容，选择有造假的供应商，在公示内容上点击。该内容下框会有“√”显示，当选择完后，确认提交至市政府采购中心辅助评标系统。评标委员会将于开标后的 90 分钟后打开该系统，如显示有被举报的供应商，评标委员会即启动取证环节的相关工作，当取证完成，经确认该投标人有造假，则该供应商投标无效，同时将依规定予以处罚。反之，如该项目无任何举报信息，评标继续进行。

本项目各投标供应商，应在开标后始终保持本项目联系人手机畅通。当开标时间超过 90 分钟后，中国远东国际招标有限公司将视举报信息反馈情况会与您通话（所有通话内容将会录音），如有要求提交公示内容正本（原件）的，务必在通话后的 120 分钟内送达至中国远东国际招标有限公司，以便评委现场查验。如不按时送达或拒送原件的，您的投标将视为投标响应不足，评标委员会将终止对该企业的标书评审，投标文件将视为弃标，评标中止；如查验确为造假，则投标无效，并视情况再作进一步处理。

第二次中标供应商信息公示的质疑，按现规定和做法执行。

望各供应商要珍惜本次投标机会，诚实、守信、依法、依规投标。

备注：本项目为网上电子投标项目，投标文件不需法人或授权委托人另行签字，无需加盖单位公章，招标文件专用条款另有规定的除外。

投标文件正文（信息公开部分）

一、投标函

致：中国远东国际招标有限公司

1.根据已收到贵方的项目编号为_____的_____项目的招标文件，遵照《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳网上政府采购管理暂行办法》等有关规定，我单位经研究上述招标文件的专用条款及通用条款后，我方愿以投标书编制软件中《开标一览表》中填写的投标报价并按招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

2.我方已认真核对了投标文件的全部资料，所有资料均为真实资料。我方对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我方的投标文件中存在虚假资料的，则视为我方隐瞒真实情况、提供虚假资料，我方愿意接受主管部门作出的行政处罚。

3.如果我方中标，我方将按照合同规定提交履约担保（可提供保函或现金）。

4.我方同意所递交的投标文件在“对通用条款的补充内容”中的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5.除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

6.我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束。

投标人：_____

单位地址：_____

法定代表人或其委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

开户银行名称：_____

开户银行帐号：_____

开户银行地址：_____

开户银行电话：_____

日期：_____年____月____日

二、政府采购投标及履约承诺函

致：中国远东国际招标有限公司

我单位深知本项目对采购人重要性和紧迫性，亦了解采购人对廉政建设的相关要求，因此我单位承诺如下：

1. 我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。
2. 我单位承诺近三年内我单位及我单位法定代表人无行贿犯罪记录。
3. 我单位承诺参与本项目投标前三年内我单位及我单位法定代表人，在经营活动中没有违法记录。
4. 我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
5. 我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件。
6. 我单位承诺符合国家和深圳市关于诚信管理的要求，至投标截止时间，我单位未被“信用中国”、中国政府采购网、“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监督管理网”等官网列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”；
7. 我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标人的竞争行为，不损害采购人或者其他投标人的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵单位自本项目起所有采购项目的投标事宜；
8. 我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履；
9. 我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。
10. 我单位已认真核对了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。
11. 我单位承诺不非法转包、分包。
12. 我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标单位不公平的行为。
13. 我单位承诺不对采购人进行贿赂，进行有偿报答。
14. 我单位承诺不对采购人进行任何形式的利益输送。
15. 我单位承诺不对采购人进行宴请和娱乐等消费活动。

16. 我单位承诺不对采购人进行赠送各种礼品、现金、有价证券、中介费、好处费等行为。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人代表：_____

投标人名称：_____

日期：_____

注：若投标人有上述任意一个行为，不可提供该承诺函，否则按相关规定处理；若没有上述行为按要求填写，不得更改承诺内容。

三、项目投标报价表和分项报价清单

项目分项报价表

序号	采购计划编号	货物名称	规格/型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	财政预算限额(元)
合计（即：投标总价；币种：人民币；单位：元）：大写：										

- 1. 所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；投标总价应为以上各分项价格之和；投标总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的财政预算限额，否则将导致无效投标。
- 2. 具体报价要求详见第二章商务部分。
- 3. 投标人不得以低于成本的报价竞标；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
- 4. 开标一览表的投标总价必须与项目投标报价表的投标总价一致。
- 5. “原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。
- 6. 详细填写所投货物的制造商名称；若如所投产品属于定制类的非量产货物或无具体型号的货物，可以不填写型号等信息，但应当标注投标产品为定制产品。

（一）核心产品的品牌情况

我公司所投核心产品的品牌为：_____。

备注：招标文件未列明核心品牌的，无需填写该项。

（二）可选配件报价清单（不包括在总报价内）

注：格式参照《（一）项目报价表》表格，但须提供相应的品牌、规格型号、原产地、单价等详细信息

（三）供应商认为需要涉及的其他内容报价清单

四、联合体协议书（本项目不适用）

（甲公司名称）、（乙公司名称）.....联合体协议书愿意组成联合体，参加（项目名称）投标。现就有关事宜订立协议如下：

- 1. （甲公司名称）为联合体主办人，（乙公司名称）为联合体成员；
- 2. 联合体内部有关事项规定如下：
 - （1）联合体由主办人负责与业主联系；
 - （2）投标工作由联合体主办人负责，由双方组成的投标小组具体实施；
 - （3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险；
 - （4）如中标，联合体内部将签订服务协议书，各自按协议规定负责服务；
- 主办人（甲公司名称）承担总服务量的 %，联合体成员（乙公司名称）承担总服务量的 %；
- （5）投标工作和联合体在中标后服务实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
- 3. 本协议书自签署之日起生效，在上述 2（4）所述的联合体服务协议书签订后自行失效；联合体主办人应立即将该服务协议书送交业主一份。
- 4. 本协议书正本一式三份，送交业主一份，联合体成员各一份；副本一式六份，联合体成员各执三份。

甲公司名称：（全称）（盖章）	乙公司名称：（全称）（盖章）
法定代表人：（职务）	法定代表人：（职务）
（姓名）	（姓名）
（签名）	（签名）
年 月 日	年 月 日

五、投标人情况介绍

（一）投标人资格证明文件

（特别提示：投标人须按本招标文件第一章招标公告“投标人资质要求”提供相关的资质证明，未提供或提供不完整、不符合要求的，投标文件将按无效投标处理。）

（二）技术保障措施及实施本项目的主要技术人员情况表（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中“技术保障措施”这一评审因素要求，提供相关技术保障方案或其它证明资料）

（三）中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函（或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

（1）中小企业声明函（样表）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____（采购单位名称）_____单位的_____（采购项目名称）_____项目采购活动，并提供：☐本企业制造的货物；☐由本企业承担工程、提供服务；☐提供其他_____企业（请填写：中型、小型、微型）制造的货物（承诺人在□处打√）。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物），不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。若有虚假承诺，视同提供虚假资料，将依法承担相应法律责任。

企业名称（盖章）：_____ 日期：_____

（2）残疾人福利性单位声明函（样表）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____（采购单位名称）_____单位的_____（采购项目名称）_____项目采购活动，并提供：☐本单位制造的货物；☐由本单位承担的工程、提供服务；☐提供其他残疾人福利性单位制造的货物（承诺人在□处打√）。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物），不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____ 日期：_____

（3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（样表）

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加_____（采购单位名称）_____单位的_____（采购项目名称）_____项目采购活动，并提供：☐本单位制造的货物；☐由本单位承担的工程、提供服务；☐提供其他监狱企业制造的货物（承诺人在□处打√）。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

单位名称（盖章）：_____ 日期：_____

（4）含有小型、微型企业的联合体声明函（样表）（本项目不适用）

1. _____（供应商名称、供应商名称）_____共同组成联合体（详见联合体协议）。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本联合体中：☐_____单位为_____（请填写：中型、小型、微型）企业，_____

单位为_____（请填写：中型、小型、微型）企业；☐联合体各方均为小微企业（承诺人在☐处打√）。

2. 本联合体参加_（采购单位名称）_单位的_（采购项目名称）_项目采购活动，其中，小型、微型企业协议合同金额占到联合体协议总金额比例为_____%（该合同金额为：☐小微企业制造的货物，☐小微企业承担的工程、提供服务，☐提供其他小微企业制造的货物；不包括使用大型企业注册商标的货物；请承诺人在☐处打√），符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）第六条规定的优惠政策。本联合体对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 企业名称（盖章）：
日期： 日期：

（四）投标人资质情况（格式自定）

（五）近三年同类业绩（可选）

采购人	项目名称	项目规模（金额）	合同签订日期	履约验收时间	完成质量情况 （以履约验收报告为准）

注：后附相关证明材料（具体要求详见评标信息）

（六）投标人认为需提供的其他证明文件

六、技术规格偏离表

技术规格偏离表

序号	货物名称	招标技术要求	投标技术响应	偏离情况	说明

备注：

- 1、“招标技术要求”一栏应填写招标文件第二章“具体技术要求”的内容；
- 2、“投标技术响应”一栏必须详细填写投标产品的具体参数，并应对照招标技术要求一一对应响应；
- 3、“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
- 4、投标产品的技术参数应按《技术规格偏离表》中的要求提供相应的证明资料，以证明投标人响应的真实性。证明资料包括制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等。投标人应在“说明”一栏中列出技术参数的证明资料名称，并指明该证明资料在投标文件中的具体位置。若《技术规格偏离表》中未要求提供相应证明材料的，投标人可以不提供。
- 5、证明资料（均为扫描件）的提供要求：
 - （1）产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；
 - （2）我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。
- 6、评标委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定，并视情况经集中采购机构报市政府采购监督管理部门予以处罚。

七、货物说明一览表

序号	货物名称	型号	数量	单位	备注

八、商务需求偏离表

序号	目录	招标商务条款	投标商务条款	偏离情况	说明
1					
2					
3					
4					

备注：

- 1. “投标商务条款”一栏必须详细填写投标商务条款的内容。
- 2. “偏离情况”栏中应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
- 3. 交货期条款为不可负偏离条款，投标文件响应为“负偏离”的，投标文件将按无效投标处理。

九、企业诚信声明与承诺

中国远东国际招标有限公司：

我公司（公司名称）参与贵代理机构组织的（项目名称）（项目编号：）投标，现就企业诚信作如下声明与承诺：

- 1、根据财政部《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和深圳市财政委员会《深圳市财政委员会转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（深财购[2016]38号）的要求，至投标截止日止，我司无任何仍处于受惩罚和禁止期内的违法违规、不良信用等记录。
- 2、我司承诺：未有《深财购〔2013〕27号》和《深财购函〔2016〕315号》等文件中规定的予以扣分的情形。

我司对上述内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明与承诺！

承诺日期： 年 月 日

注：近三年内，如投标人有任何违法违规、受惩罚和禁止、不良信用等记录，必须列明记载，并附网络截图。

十、稳岗企业承诺函

致：中国远东国际招标有限公司

我单位参加贵机构组织的政府采购项目，我单位承诺投标前一个月实际参加社会保险（至少包括养老保险）的员工人数（含免缴或延期缴纳社会保险人数）不低于 2019 年 12 月同口径人数 80%（含）的企业。

我单位对上述声明内容的真实性负责，并接受和配合采购人的核查。如出现与事实不符的情形，视同隐瞒真实情况，提供虚假资料，将依法承担相应的法律责任。

投标人代表：_____

投标人名称：_____

日期：_____

提醒：

1. 不符合上述稳岗要求的企业，不得提供上述承诺函
2. 投标人提供虚假承诺的，将做无效投标处理，涉嫌存在违法违规行为的，依法报主管部门处理处罚。）

十一、招标代理服务费承诺书

致：中国远东国际招标有限公司

我们在贵司代理的_____项目（项目编号：_____）招标采购中若获中标，我们承诺并保证在收到“领取《中标（成交）通知书》通知”的电子邮件后5个工作日内按本项目《招标文件》的规定，以现金或电汇向贵公司指定的中国远东国际招标有限公司分公司的银行帐号一次性支付全额招标采购代理服务费。如有违反，我们全责承担因我方违反行为而可能引起的诚信记录、无法合规签订合同及顺利完成后续审计验收工作、经济损失赔偿等法律后果。

特此承诺。

投标人代表：_____
投标人名称：_____
日期：_____

附件一：参照国家计委文件“计价格[2002]1980 号文”收取

招标代理服务收费标准

服务类型			
费率	货物招标	服务招标	工程招标
中标金额（万元）			
100 以下	1.8%	1.8%	1.2%
100-500	1.32%	0.96%	0.84%
500-1000	0.96%	0.54%	0.66%
1000-5000	0.6%	0.01%	0.42%
5000-10000	0.3%	0.12%	0.24%
10000-100000	0.06%	0.06%	0.06%
100000 以上	0.012%	0.012%	0.012%

注：1、招标机构服务收费按差额定率累进法计算，最低收费不低于人民币伍仟元；
2、本次招标为货物招标，招标代理服务费按货物招标计费标准收取。

(注：按要求填写，不得更改承诺内容)

十二、投标人认为需要加以说明的其他内容

（信息公开部分的内容到此为止！往下为信息不公开部分。）

投标文件附件（信息不公开部分）

一、法定代表人证明书

_____同志，现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：_____ 签发日期：_____ 单位：_____

附：代表人性别：_____ 年龄：_____ 身份证号码：_____

营业执照号码：_____ 经济性质：_____

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

附：要求必须提供法定代表人（负责人）身份证（境外人员无法提供身份证的，可提供护照）扫描件（正反两面）。

二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托（姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人（负责人）的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：

联系电话：手机：邮箱：

身份证号码：职务：

授权委托日期：年月日

附：要求必须提供代理人身份证（境外人员无法提供身份证的，可提供护照）扫描件（正反两面）。

三、项目实施方案

主要内容应包括(根据项目实际情况适当调整内容):

- 1、项目交货期、实施进度表
- 2、相关配套措施

(备注:该部分须与“技术保障措施”、“施工安全保障措施”、“商务需求”等部分承诺的内容相呼应,不得前后矛盾。)

四、售后服务方案

主要内容应包括(根据项目实际情况适当调整内容):

- 1、保修期;
- 2、故障或技术支持响应时间;
- 3、投标人承诺的其他维修维护方案、措施
- 4、质量保证及违约承诺。

(备注:该部分须与“商务需求”承诺的内容相呼应,不得前后矛盾。)

五、投标人联络信息

以下信息投标人必须真实准确填写,若因填写不实造成快递延误送达,其责任由投标人承担!

收件人:

收件人联系方式(手机号):

收件人地址:

邮箱(E-Mail):

六、投标人认为需要加以说明的其他内容

第四章 合同及履约情况反馈格式

一、合同条款及格式（仅供参考）

合同条款

（仅供参考，项目具体要求以招标项目需求为准）

甲方：

乙方：

根据中国远东国际招标有限公司就 xxx 项目（编号：xxxx）的招标采购结果，由 xxxxx 单位为中标（成交）方。按照《中华人民共和国合同法》和《深圳经济特区政府采购条例》，依照采购文件和中标（成交）方的响应与承诺，就采购人 xxxxx（以下简称甲方）委托中标（成交）方 xxxxx（以下简称乙方）承担 _____ **服务项目**，经甲乙双方协商、确定，达成以下合同条款：

第一条 项目概况

项目名称：

项目内容：

服务（履约）时间：

服务（履约）地点：

合同价款：合同总价为元，含一切税、费。

本合同总价包括乙方为实施本项目所需的费用，为固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。合同总价包括乙方履行本合同义务所发生的一切费用和支出和以各种方式寄送技术资料到甲方办公室所发生的费用。如发生本合同规定的不可抗力，合同总价可经双方友好协商予以调整。

第二条 服务范围

- 1、
- 2、
- 3、
- 4、其他合同未明示的相关工作。

第三条 时间要求及阶段成果

- 1、合同签订天内完成项目实施的准备工作，包括工作大纲和试验细则的编制；
- 2、
- 3、
- 4、

第四条 咨询服务资料归属

- 1、所有提交给甲方的咨询服务文件及相关的资料的最后文本，包括为履行技术咨询服务范围所编制的图纸、计划和证明资料等，都属于甲方的财产，乙方在提交给甲方之前应将上述资料进行整理归类 and 编制索引。
- 2、乙方未经甲方的书面同意，不得将上述资料用于与本咨询服务项目之外的任何项目。
- 3、合同履行完毕，未经甲方的书面同意，乙方不得保存在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料。

第五条 甲方的义务

- 1、负责与本咨询服务项目有关的第三方的协调，提供开展咨询服务工作的外部条件。
- 2、向乙方提供与本项目咨询服务工作有关的资料。
- 3、负责组织有关专家对项目成果评估报告的评审。

第七条 乙方的义务

- 1、应按照号招标（采购）文件、乙方投标（应答）文件要求按期完成本项目咨询服务工作。
- 2、负责组织项目的实施，保证工作进度和工作质量，并满足交付验收相关标准。
- 3、向甲方提交有关资料等各套，一套电子版文件。
- 4、在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

第八条 甲方的权利

- 1、有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。
- 2、有权阐述对具体问题的意见和建议。
- 3、当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

第九条 乙方的权利

- 1、乙方在本项目服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。
- 2、乙方在本项目服务过程中，有权对第三方提出与本咨询服务业务有关的问题进行核对或查问。
- 3、乙方在本项目服务过程中，有到项目现场勘察的权利。

第十条 甲方的责任与追偿

- 1、应当履行本合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的损失。
- 2、甲方向乙方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致乙方的各种费用的支出。

第十一条 乙方的责任与赔偿

- 1、乙方的责任期即本合同有效期。如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。
- 2、乙方的责任期内，应当履行本合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成的经济损失，应当向甲方进行赔偿。
- 3、乙方对甲方或第三方所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，乙方应承担赔偿责任。
- 4、乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致甲方的各种费用的支出。

第十二条 人员要求

- 1、参加本项目试验的人员必须具有国家和有关部门规定的相应资质。
- 2、参加本项目的人员的配置必须与投标（应答）文件中的服务承诺书和试验服务组织实施方案一致。
- 3、必须以直属人员参与本项目服务，不得使用挂靠队伍。

第十三条 乙方咨询服务工具要求

- 1、乙方应配备中标项目所需的足够数量的仪器、仪表以及工具等设备。用户不需向乙方提供施工工具和仪器、仪表。
- 2、乙方在提供服务过程中应自备车辆。

第十四条 保密要求

- 1、由甲方收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给乙方时，均被视为保密的，不得泄漏给除甲方或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管本合同因何原因终止，本条款一直约束乙方。
- 2、乙方在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经甲方同意，不得向第三方透露。
- 3、乙方实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。
- 4、乙方参加项目的有关人员均需同甲方签订保密协议。

第十五条 验收

- 1、下列文件的验收分为三个阶段：
- 2、其余文件和工作由用户组织有关技术人员根据国家和行业有关规范、规程、标准和用户需求直接验收。
- 3、验收依据为本项目招标（采购）文件、乙方投标（应答）文件，国家和行业有关规范、规程和标准。

第十六条 付款期限与方式

- 1、合同签订后天内，甲方向乙方支付合同总价%的款项。
- 2、检测完成并提交评估报告后，甲方向乙方支付合同总价%的款项。
- 3、报告通过专家评审后，甲方向乙方支付合同总价%的款项。

第十七条 履约保证金

- 1、乙方可自主选择履约保证金方式：☐现金、☐非现金其它方式
- 2、履约保证金的缴付、退还、补偿等
- a、乙方应在签订本合同之日，向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金_____元。

- b、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
- c、甲方在乙方履行完毕本合同项下全部义务后 天内无息退还乙方。

第十八条 争议解决办法

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十九条 风险责任

- 1、乙方应完全地按照项目招标（采购）文件的要求和乙方投标（应答）文件的承诺完成本项目，出于自身财务、技术、人力等原因导致项目失败的，应承担全部责任。
- 2、乙方在实施过程中应对自身的安全生产负责，若由乙方原因发生的各种事故甲方不承担任何责任。

- 2、乙方在实施过程中应对自身的安全生产负责，若由乙方原因发生的各种事故甲方不承担任何责任。

第二十条 违约责任

- 1、因乙方原因，未能按规定时间完成有关工作的，每延误一天，甲方可在支付合同余款中扣除合同价款千分之一。
- 2、由于乙方原因造成试验成果质量低劣，不能满足大纲要求时，应继续完善试验工作，其费用由乙方承担。
- 3、如乙方提供的咨询服务文件不符合质量要求，必须在甲方提出要求后 7 天内无条件修改，其费用由乙方承担。
- 4、若甲方发现乙方派出的试验服务人员或提供的试验仪器设备不符合合同要求，乙方应在 3 天之内按要求派出人员或提供满足投标文件承诺的仪器设备，否则甲方有权终止合同，并保留追究乙方责任及要求赔偿损失的权利。

第二十一条 合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第二十二條 合同生效及其他

- 1、下列文件均为本合同的组成部分：
- （1）本项目招标（采购）文件、答疑及补充通知；
 - （2）乙方的投标（应答）文件；
 - （3）本合同执行中甲乙双方共同签署的补充与修正文件。

2、本合同一式 xx 份，甲、乙双方各 xx 执份，具有同等法律效力。本合同自双方法定代表人（或授权代表）签字并盖章之日起生效。

甲方： 乙方： (签章) (签章)

地址:	地址:
法定代表人: (签章)	法定代表人: (签章)
开户行:	开户行:
人民币帐号:	人民币帐号:
联系人:	联系人:
电话:	电话:
日期:	日期:

二、政府采购履约情况反馈表

采购人名称：

联系人及电话：

采购项目名称			项目编号		
中标供应商名称			供应商 联系人及电话		
中标金额			合同履约时间	自 至	
履约 情况 评价	总体评价	☐ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差			
	分项 评价	质量 方面	☐ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差		
		价格 方面	☐ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差		
		服务 方面	☐ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差		
		时间 方面	☐ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差		
		环境 保护	☐ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差		
	其他	评价内容为： _____ 评价等级为： ☐ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差			
具体情况说明					

采购人意见 (公章)	日期： 年 月 日
---------------	-------------------------------

说明：

1、本表为采购人向深圳市政府采购中心反映政府采购项目履约情况时所用；

2、履约情况评价分为优、良、中、差四个等级，请在对应的框前打“√”，然后在“具体情况说明”一栏详细说明有关情况。